



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA
POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302
www.wspr.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl;

Białystok, dnia 22 września 2022 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu na dostawę respiratorów
ratowniczo-transportowych do SP ZOZ
WSPR w Białymstoku**

EOP.332.23.22

DOTYCZY: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę respiratorów ratowniczo-transportowych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. z późn. zm.), w związku z prośbą o udzielenie wyjaśnień, dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 7

dot.: pkt. 4. parametry wymagane - Czy Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego parametru określonego w pkt. 4. poprzez zaoferowanie respiratora przeznaczonego dla osób wymagających wentylacji mechanicznej o masie ciała co najmniej 5 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 8

dot.: pkt. 3. parametry dodatkowo punktowane - Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku równoważności poprzez zaoferowanie respiratora z trybem pracy SIMV VC (Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation Volume Control)?

Respirator podczas wentylacji w trybie SIMV VC podaje zadaną liczbę oddechów i objętość oddechową, co odpowiada charakterystyce pracy respiratora w trybie IPPV oraz dodatkowo po rozpoznaniu pracy oddechowej pacjenta respirator może uzupełnić objętość wdechu własnego pacjenta (opcja Volume Control). Zastosowanie trybu SIMV VC umożliwia pacjentowi wyzwolenie własnego oddechu, tym samym znacząco zmniejsza ryzyko konfliktu pacjenta z respiratorem.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 9

dot.: pkt. 4. parametry dodatkowo punktowane - Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku równoważności poprzez zaoferowanie respiratora z możliwością automatycznego ustawiania parametrów wentylacji w zależności od idealnej / należyj masa ciała pacjenta (IBW)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie uzna spełnienia warunku równoważności w przypadku, o którym mowa powyżej.

Powyższe odpowiedzi nie powodują zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

UWAGA: Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma e-mailem: przetargi@wspr.bialystok.pl